# シャワーベッド　　仕様書

1.　品名及び数量

シャワーベッド一式

構成内訳　・シャワーベッド　　1台

・電動昇降トロリー　　1台

・その他

撤去、廃棄、搬入、据付及び調整等を含む

2.　仕様

➢　調達物件に備えるべき技術的要件

①　シャワーベッド

・電源　　AC100V

・外型寸法　　92.5（L）×195（W）×153（H）㎝

・内部寸法　　70（L）×160（W）×105（H）㎝

・機能

1. 本体内（ｼｬﾜｰﾍﾞｯﾄﾞ内ﾊﾞｽﾀﾌﾞ部）は、雑菌の繁殖等を促すことがないよう、湯が溜まることなく常に排水可能。
2. ｼｬﾜｰは、拡散して幅広く噴射できるように加工を施した14カ所・2種類のﾉｽﾞﾙから噴射し、適度な刺激性と充分な洗浄力を有する。
3. 本体の側面より介護者が手を差し込んで入浴者を介護できるよう、横幅127㎝の介護窓を本体の左右に計2カ所所有する。
4. 「予洗→洗髪→洗浄→すすぎ」の工程全てが本体内で行える。
5. ｼｬﾜｰの吐出温度は38～42℃の範囲内で1度刻みに設定できる。

②　電動昇降トロリー

・外形寸法　　63（L）×231（W）×101（H）㎝

・機能

1. 本体は充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰを電源とし、乗降部高さは床面より43㎝から85㎝の範囲で調節可能。

➢　調達物件に備えるべき設置要件

・設置場所「小野田赤十字病院老健棟浴槽室」

・本機器を完全に稼働可能とするために必要な運搬、据付、配線、配管、及び廃棄等については、すべて契約金額内で実施すること。

・当院が指定する場所において、本機器が完全に稼働するための据付、運転、調整について、病院担当者と協議して定められた期日までに行うこと。また、本機器の使用に対して、操作方法、保守等について必要事項の説明及び指導を行うこと。
・機器設置のために電源容量が不足する場合は工事費用も含む。
・機器の無償保証期間は、納入後１年間とする。
・納入後の故障に対しては、迅速な修復が可能な体制を有すること。
・導入を通じて得た当院に関する情報（患者個人情報を含む）は、いかなるものも外部に漏らすことなく、機密保護を遵守すること。
・本機器を設置するために、現在老健棟浴槽室に設置している下記機器の廃棄を行う。
ジェミック社製ｼｬﾜｰﾍﾞｯﾄﾞ一式　１台：外型寸法 92.5（L）×210（W）×158（H）㎝